



Ημερ: 26/09/2024

Αριθ. Πρωτ: 1450

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ**

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ  
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΤΡΩΝ

ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 22 ΚΑΙ ΠΗΓΑΣΟΥ

ΠΑΤΡΑ, ΤΚ 26332

Πληροφορίες: ΛΥΜΠΕΡΗ ΕΛΕΝΗ

Τηλέφωνο: 2610332426

e-mail: kyntpa@gmail.com

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ  
ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ  
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΤΡΩΝ**

**ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΤΡΩΝ**

**Έχοντας υπόψη:**

1. Τις διατάξεις του Ν. 3329/05 (Φ.Ε.Κ. 81/Α/4-4-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» και του Ν. 3527/07 (Φ.Ε.Κ. 25Α'/09-02-2007) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως έχουν τροποποιηθεί.
2. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ.Α"147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών ( προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) », όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Το Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α'/36/9.3.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»

**Ανακοινώνει**

την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΠΑΤΡΩΝ για την προμήθεια ειδών/υπηρεσιών σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ
1	ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΕΙΣΤΡΟΥ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	Τεμάχιο	5,00000
2	ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΦΙΑΛΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 5 LIT	Τεμάχιο	1,00000
3	ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΦΙΑΛΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 50 LIT	Τεμάχιο	3,00000
4	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΙΑΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	Υπηρεσία	1,00000

**Επισυνάπτονται τεχνικές προδιαγραφές.**

**Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών: 02/10/2024 13:30**

Για την επιτάχυνση των διαδικασιών και τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων προμηθευτών, η 6η ΥΠΕ διεξάγει έρευνα αγοράς μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης προσφορών iSupplies (<http://isupplies.gr>).

Για να συμμετάσχει ένας προμηθευτής στην εν λόγω έρευνα αγοράς, πρέπει να εγγραφεί δωρεάν στην πλατφόρμα iSupplies, αν δεν είναι ήδη εγγεγραμμένος. Η διαδικασία εγγραφής γίνεται απλά μέσω τηλεφώνου στην iSmart P.C. στο 2103601671 είτε συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής στη διεύθυνση: <http://isupplies.gr/auth/register>.

**ΓΕΝΙΚΑ**

Τα έγγραφα της σύμβασης να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

Να αναφέρεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς και ο χρόνος παράδοσης των ειδών/υπηρεσιών.

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Ο προμηθευτής με τη συμμετοχή του δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως με το σύνολο των όρων.

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή.

Να δηλώνεται ότι όλα τα προσφερόμενα είδη φέρουν πιστοποιητικά καταλληλότητας CE.

**ΤΙΜΕΣ**

Η τιμή δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της πρόσκλησης.

#### **ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Οι προσφορές θα δεσμεύουν τους υποψηφίους για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο απορρίπτεται ως μη κανονική.

#### **ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ:**

Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος

Διάνας Δημήτριος

Διευθυντής Γενικής Οικ. Ιατρικής



## **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**Για την προμήθεια (επισκευή – αντικατάσταση – αναγόμωση) νέων φιαλών οξυγόνου, αναγόμωση των ήδη υπαρχόντων φιαλών οξυγόνου και της μεταφοράς τους στα Κέντρα Υγείας και στα ΤΟΜΥ αρμοδιότητας της 6<sup>ης</sup> Υ.ΠΕ.**

### **ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

Οι προμηθευτές ιατρικών αερίων πρέπει να πληρούν τους παρακάτω όρους και να καταθέσουν με ποινή απόρριψης με την προσφορά τους τα σχετικά δικαιολογητικά:

- Άδεια παραγωγής και διακίνησης από τον Ε.Ο.Φ για ιατρικό οξυγόνο
- Πιστοποιητικό κατά ISO 9001:2008 για παραγωγή ιατρικού οξυγόνου
- Άδεια παραγωγής και εμφιάλωσης για το ιατρικό οξυγόνο καθώς και άδεια για πραγματοποίηση υδραυλικής δοκιμής από πιστοποιημένο φορέα
- Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει και θα προσκομίζει πιστοποιητικό ανάλυσης παρτίδας προϊόντος και δελτίο δεδομένων ασφαλείας για κάθε παραδιδόμενο είδος

Η προσφορά θα πρέπει να αναφέρει αναλυτικά τα παρακάτω:

1. Το κόστος αναγόμωσης ανά φιάλη και είδος (όγκο φιάλης)
2. Το κόστος των μεταφορικών όπως αναλύονται παρακάτω
3. Το κόστος ενοικίασης φιαλών όπως περιγράφεται παρακάτω
4. Το κόστος υδραυλικής δοκιμής
5. Το κόστος προμήθειας και αντικατάστασης του κλείστρου
6. Το κόστος προμήθειας και τοποθέτησης καλύπτρας ασφαλείας
7. Το κόστος συντήρησης φιάλης (αμμοβολή και βάνιμο φιάλης με απλή ή ηλεκτροστατική βαφή)

### **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Αέριο οξυγόνο ιατρικής χρήσης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΕΟΦ και με καθαρότητα μεγαλύτερη από 99,5% κατ' όγκο παραδοτέο σε φιάλες. Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την Ελληνική και την Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία, ως εξής: Ιατρικό Οξυγόνο (Αρ. Μονογραφίας 0417):  $O_2 \geq 99,5\%$ ,  $CO_2 \leq 300ppm$ ,  $CO \leq 5ppm$ ,  $H_2O \leq 67ppm$ .

Ο προμηθευτής που θα αναδειχθεί υποχρεούται να παραδίδει τις ποσότητες του αερίου εντός φιαλών σιδήρου ή αλουμινίου στο κάθε ΚΥ-ΤΟΜΥ στην αποθήκη του κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο προμηθευτής θα προμηθεύει ιατρικά αέρια σε φιάλες ιδιοκτησίας του με προσυμφωνημένο μηνιαίο μίσθωμα μόνο εάν δεν επαρκούν οι ιδιόκτητες φιάλες του KY-TOMY.

Η τιμή του μισθώματος των φιαλών του προμηθευτή θα δοθεί σε € /μήνα/ φιάλη ή € / ημέρα/ φιάλη .

Οι φιάλες θα πρέπει να είναι χρωματισμένες σύμφωνα με τους κανονισμούς του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) EN 1089.03

- Οξυγόνο: Άσπρο χρώμα με κλείστρο θηλυκό δεξιόστροφο διαμέτρου 22,91 mm και βήματος 1,814 mm

Οι χρωματισμοί και τα κλείστρα των φιαλών θα είναι σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 17 της Υπουργικής απόφασης 10451/929/88 (Φ.Ε.Κ 370/Β/9-6-88) και οι επιπλέον επισημάνσεις για τις φιάλες αερίων ιδιοκτησίας KY-TOMY θα είναι σύμφωνες με την Υ.Α 10451/929/88 (Φ.Ε.Κ 370/Β/9-6-88).

Για την σήμανση των φιαλών ισχύει το άρθρο 3 της Υ.Α 1045/929/88 (Φ.Ε.Κ 370/Β/9-6-88).

Ο προμηθευτής πρέπει να καταθέσει με ποινή απόρριψης με την προσφορά του την άδεια παραγωγής και εμφιάλωσης ιατρικών αερίων που χορηγούνται από τον Ε.Ο.Φ και τις αρμόδιες αρχές για την λειτουργία των εργοστασίων παραγωγής τους.

Η τιμή που θα δοθεί για το οξυγόνο, θα είναι σε Nm<sup>3</sup> ή ανά φιάλη σύμφωνα το παρατηρητήριο τιμών υγείας και με τον πίνακα που θα συντάξει ο εκάστοτε φορέας.

Θα δοθεί τιμή για τα έξοδα μεταφοράς σε €/φιάλη ή €/δρομολόγιο ανεξαρτήτου αριθμό φιαλών μεταφοράς όπως επίσης θα καθορίζεται ο μέγιστος αριθμός φιαλών που μπορεί να μεταφερθεί σε ένα δρομολόγιο (δρομολόγιο θεωρείται η μεταφορά κενών φιαλών στον προμηθευτή και επιστροφή των γεμάτων φιαλών στο KY-TOMY).

Υποχρέωση της εταιρείας είναι να παραλαμβάνει τις άδειες φιάλες και να παραδίδει τις γεμάτες στο χώρο της αποθήκης του KY-TOMY.

#### ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Οι φιάλες είτε είναι ιδιοκτησίας των KY-TOMY είτε του αναδόχου, θα πρέπει να υπόκεινται κάθε φορά σε έλεγχο παραλαβής πριν την εμφιάλωσή τους, προκειμένου να διαπιστωθεί η καταλληλότητά τους, σύμφωνα με την ΑΠ Β 10451/929/88 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 370/Τεύχος Β' /9-6-88).

Στις περιπτώσεις που απαιτείται, θα πραγματοποιούνται οι εξής εργασίες:

- Έλεγχος υδραυλικής δοκιμής

- Αντικατάσταση κλείστρου. Τα κλείστρα των φιαλών θα είναι καινούργια και θα πληρούν τους κανόνες καλής λειτουργίας και ασφάλειας και τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ
- Τοποθέτηση / Αντικατάσταση καλύπτρα ασφαλείας κλείστρου φιάλης
- Χρωματισμός φιάλης με το κατάλληλο κωδικό χρώμα όπως προβλέπεται από τον ΕΛΟΤ
- Υποχρεωτική καταστροφή ακατάλληλων φιαλών ιατρικών αερίων (βάσει της Υ.Α. Αριθ. Α.Π. Β 10451/929/88 – Άρθρο 14ο), κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης του ΚΥ-TOMY ώστε να προβεί στις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες καταστροφής και αντικατάστασης αυτών.
- Οι φιάλες θα φέρουν σφραγίδα ενδεικτική της υδραυλικής δοκιμής και χαραγμένα όλα τα απαραίτητα στοιχεία όπως πίεση δοκιμής, πίεση λειτουργίας, βάρος κλπ.

#### ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΦΙΑΛΩΝ – ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ

Στην προσφορά του ο προμηθευτής θα αναφέρει ρητά την αχρεωστήτως παρακολούθηση και ιχνηλασιμότητα των φιαλών ιδιοκτησίας των ΚΥ-TOMY.

Ο προμηθευτής θα προβαίνει σε όλους τους αντίστοιχους ελέγχους και για τις φιάλες ιδιοκτησίας του αχρεωστήτως.

Ο προμηθευτής εμφιαλωμένων ιατρικών αερίων θα πρέπει σε κάθε παράδοση να μπορεί να γνωστοποιήσει στο Νοσοκομείο τον αριθμό των χορηγούμενων φιαλών που βρίσκονται σε αυτό, αναφέροντας το σειριακό αριθμό αυτών (serial number), την ημερομηνία διενέργειας της τελευταίας υδραυλικής δοκιμής αυτών καθώς και την ημερομηνία λήξης του περιεχόμενου ιατρικού αερίου προϊόντος αυτών.

#### ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ / ΠΑΡΑΛΑΒΗ

1. Οι παραγγελίες θα γίνονται από τα ΚΥ-TOMY με Φαξ ή άλλο αποδειξιμο τρόπο και μέσο και μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις τηλεφωνικά και θα φέρουν τις υπογραφές των αρμόδιων οργάνων.
2. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα αέρια σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή θα γίνεται από επιτροπή που συστήνεται για τον σκοπό αυτό.

3. Σε περίπτωση που απορριφθεί η παραλαβή ποσότητας, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να την αντικαταστήσει εντός 24 ωρών στην ηπειρωτική Ελλάδα και 48 ωρών στη νησιωτική Ελλάδα ειδάλλως θα κηρυχθεί έκπτωτος.
4. Στην τιμή που θα δοθεί θα περιλαμβάνεται η παραλαβή και η παράδοση και το κόστος της μεταφοράς στα ΚΥ-TOMY.
5. Το αέριο θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από πιστοποιητικά του οίκου παραγωγής και εμφιάλωσης και θα αναγράφεται η ακριβής ανάλυση και καθαρότητα .
6. Ο προμηθευτής οφείλει να προσκομίσει με ποινή αποκλεισμού:
  - α. άδεια λειτουργίας εγκατάστασης παραγωγής και πλήρωσης φιαλών πεπιεσμένων αερίων (YBET),
  - β. εγκεκριμένο κανονισμό λειτουργίας κέντρου επανελέγχου φιαλών (EBETAM),
  - γ. άδεια παραγωγής εμφιάλωσης και διακίνησης ιατρικών αερίων για κάθε αέριο (ΕΟΦ)
7. Για τα αέρια που ο προμηθευτής τα εμπορεύεται και δεν είναι ο ίδιος παραγωγός οφείλει να προσκομίσει τις αντίστοιχες άδειες και πιστοποιητικά από την παραγωγό εταιρία.
8. Ο προμηθευτής οφείλει να εφαρμόζει τις ισχύουσες διατάξεις περί των όρων διακίνησης αποθήκευσης και ελέγχου των φιαλών αερίων κάθε φορά που θα παραλαμβάνει φιάλες προς πλήρωση. Τυχόν αποστολή φιαλών που δεν θα έχουν τηρηθεί οι διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας περί επανελέγχου φιαλών πεπιεσμένων αερίων δεν θα παραλαμβάνονται και θα είναι αιτία καταγγελίας της σύμβασης.
9. Για λόγους αποτελεσματικότερης λειτουργίας και διασφάλισης της ποιότητας του Οξυγόνου, στην περίπτωση ισοτιμίας ανάμεσα σε εταιρεία παραγωγής και σε εταιρεία μεταπώλησης, θα προτιμηθεί η πρώτη.
10. Σε κάθε περίπτωση ο προμηθευτής οφείλει να προμηθεύσει το ΚΥ-TOMY με οξυγόνο απρόσκοπτα και αδιαλείπτως. Σε περίπτωση που το ΚΥ-TOMY υποστεί βλάβη λόγω αδυναμίας του προμηθευτή να προμηθεύσει το οξυγόνο την ευθύνη φέρει αποκλειστικά ο προμηθευτής.
11. Προαιρετικά θα προτιμηθεί ο προμηθευτής που θα παρέχει εργασίες τοποθέτησης των φιαλών

# Τεχνικές Προδιαγραφές Κλειστρων για Φιάλες Ιατρικού Οξυγόνου

## Κλείστρο – ενσωματωμένος ρυθμιστής για φιάλες ιατρικού οξυγόνου, Ευρωπαϊκής κατασκευής

- Ο Ρυθμιστής θα είναι κατασκευασμένος από επιχρωμιωμένο ορείχαλκο κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση.
- Θα διαθέτει στόμιο πλήρωσης όμοιο με αυτό που διαθέτουν οι απλές νοσοκομειακές φιάλες (θηλυκό ,δεξιόστροφο ,διαμέτρου 22,91mm και βήματος 1,814 mm) με τάπα στεγανοποίησης
- Θα έχει βηματικό ρυθμιστή ροής οξυγόνου από 0 μέχρι 25 lit/min Θα διαθέτει προστατευτικό κάλυμμα το οποίο να προστατεύει το κλείστρο – ροόμετρο από φθορές λόγω πτώσης της φιάλης.
- Θα διαθέτει ασφαλιστικό υπερπίεσης.
- Το κάλυμμα θα φέρει χειρολαβή για την διευκόλυνση της μεταφοράς της φιάλης
- Θα φέρει μανόμετρο 0-315 bar για την ένδειξη του περιεχομένου της φιάλης.
- Θα διαθέτει πιστοποίηση ιατροτεχνολογικού προϊόντος MedicalCE mark κλάσης IIb το οποίο θα αναγράφεται πάνω στο σώμα του κλείστρου Θα διαθέτει μεταλλικό ακροφύσιο 6mm περίπου, για την σύνδεση μάσκας οξυγόνου.
- Θα διαθέτει κεντρική βαλβίδα διακόπτη ON-OFF.
- Θα διαθέτει επιπλέον έξοδο λήψη DIN 13260 για την σύνδεση αναπνευστήρα.
- Θα πληροί τις προδιαγραφές 93/42/EEC, TPED 2010/35 EU, EN ISO 10524-3, EN ISO 10297, EN 1789, ASTM G175.
- Ο κατασκευαστικός οίκος θα διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001 και ISO 13485.
- Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση της μεταφοράς των φιαλών από και προς τις εγκαταστάσεις του Κέντρου Υγείας.
- Οι φιάλες θα παραδοθούν στον ανάδοχο τμηματικά και όχι όλες μαζί.
- Οι φιάλες θα παραδοθούν πλήρεις περιεχομένου (ιατρικό οξυγόνο).